



انژکتورهای خودکار و سرنگ‌ها

- آزمون انژکتورهای خودکار مطابق با [DIN EN ISO 11608-5](#)
- انژکتورهای پوشیدنی (OBDS) مطابق با ISO 11608-6.
- شبیه‌سازی و مشخصه‌یابی نیروهای فنر و نیروهای لغزش سرنگ
- نیروی شروع حرکت و نیروی لغزش مطابق با ISO 7886-1 ، ISO 11608-3 ، ISO 11040-4 ، DIN EN ISO 11499، [DIN EN ISO 7886 -1](#)
- مقاومت شکست سوزن‌های تزریق مطابق با ISO 9626 با استفاده از آزمون خمش 2 نقطه‌ای
- آزمون روی سیستم سرنگ


بیشتر بدانید



قلم‌های انسولین و انژکتورهای قلمی

آزمون‌های کیفیت قلم‌های انسولین و کارپول‌ها مطابق با ISO 11608-1، ISO 11608-2 و ISO 11608-3.

بیشتر بدانید



سیستم لوئر/قفل لوئر

استانداردهای ISO 80369-7 و ISO 80369-20 برای آزمون رابط سیستم/قفل لوئر استفاده می‌شوند.

بیشتر بدانید



سرنگ‌های از پیش پر شده

آزمون سرنگ مطابق با ISO 11040، شامل بخش‌های 4-، 6- و 8-، برای توزیع ایمن داروها حیاتی است.

بیشتر بدانید